


מבחן זרימה

רמת ה- IDDSI תלויה בכמות הנוזל
הנותר לאחר 10 שניות זרימה




1. הסר את הבוכנה




2. כסה את הפיה עם האצבע ומלא 10 מ"ל



3. שחרר את הפיה והתחל את מדידת הזמן



4. עצור לאחר 10 שניות



הפוך את הכרטיס כדי לבדוק את רמת ה-IDDSI